

**RE: RES: RES: RES: CONVITE PREGÃO PRESENCIAL APARELHOS DE ANESTESIA****De:** cpl@prefeituraunai.mg.gov.br**Para:** belmed@belmed.com.br**Cópia:****Cópia****oculta:****Assunto:** RE: RES: RES: RES: CONVITE PREGÃO PRESENCIAL APARELHOS DE ANESTESIA**Enviada em:** 26/08/2021 | 17:08**Recebida em:** 26/08/2021 | 17:08**em:**

Adriana,
que bom que ficou esclarecido.

Att.

Fernanda Santana
Pregoeira
tel: 38 3677-9610 ramal 9016

FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTA E-MAIL.

De: "Belmed" <belmed@belmed.com.br>**Enviada:** 2021/08/26 16:00:40**Para:** cpl@prefeituraunai.mg.gov.br**Assunto:** RES: RES: RES: CONVITE PREGÃO PRESENCIAL APARELHOS DE ANESTESIA

Fernanda, boa tarde!

Agora ficou esclarecido!

Concordo que REPARO é diferente de SUBSTITUIÇÃO. Entretanto, o edital não falava em reparo de peças e sim do aparelho.

Obrigada pelo retorno.

Att.:

Adriana de Moura da Silva.

Dir. Administrativa e financeira

Belmed Eletromedicina Ltda.

Fone: (31) 3241-1913

E-mail: belmed@belmed.com.br

visite nosso site: www.belmed.com.br



De: cpl@prefeituraunai.mg.gov.br [mailto:cpl@prefeituraunai.mg.gov.br]**Enviada em:** quinta-feira, 26 de agosto de 2021 15:17**Para:** Belmed**Assunto:** RE: RES: RES: CONVITE PREGÃO PRESENCIAL APARELHOS DE ANESTESIA

Boa tarde Adriana, o termo **REPARO** tem significado diverso de **SUBSTITUIÇÃO**, diante disso, caso necessite de reparo nas peças já existentes, este reparo será por conta da CONTRATADA, contudo, caso seja necessário a SUBSTITUIÇÃO da peça, ou seja, a aquisição de NOVA PEÇA, o custo desta peça será de responsabilidade da Administração Pública, sendo ela a CONTRATANTE.

OBS.: A empresa é contratada para realizar a **manutenção** dos aparelhos, diante disso, caso seja necessário a utilização de qualquer equipamento para realizar este serviço, isto deverá ser de responsabilidade da empresa contrata, sendo então necessário que a empresa se atente a todos estes serviços no momento da confecção da proposta comercial. Apenas a troca das peças que serão cobradas a parte da Administração Pública, tendo em vista que não é toda manutenção que exige a substituição de peças, sendo então inviável a Administração Pública arcar com este valor mensalmente e não ser utilizado.

Att.

Fernanda Santana
Pregoeira
tel: 38 3677-9610 ramal 9016

FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTA E-MAIL.

De: "Belmed" <belmed@belmed.com.br>
Enviada: 2021/08/26 08:03:57
Para: cpl@prefeituraunai.mg.gov.br
Assunto: RES: RES: CONVITE PREGÃO PRESENCIAL APARELHOS DE ANESTESIA

Bom dia!

Com relação às peças não ficou esclarecido! Fala exatamente o que está no edital, ou seja, apresenta uma contradição. Veja a resposta da comissão:

Resposta: O valor expresso no Edital refere-se ao serviço prestado e às peças utilizadas para reparo e manutenção, que serão por conta da CONTRATADA. Nos casos de substituição de peças do aparelho, estes serão de responsabilidade da CONTRATANTE.

As peças que serão utilizadas para os aparelhos reparo e manutenção serão substituídas n - O edital fala que é de responsabilidade da CONTRATADA. E depois diz que as substituição de peças dos aparelho serão de responsabilidade da CONTRATANTE. Estão dizendo a mesma coisa e atribuindo responsabilidade para entes diferentes. Afinal qual é o correto?

No aguardo.

Att.:

Adriana de Moura da Silva.
Dir. Administrativa e financeira
Belmed Eletromedicina Ltda.
Fone: (31) 3241-1913
E-mail: belmed@belmed.com.br
visite nosso site: www.belmed.com.br



De: cpl@prefeituraunai.mg.gov.br [<mailto:cpl@prefeituraunai.mg.gov.br>]
Enviada em: quarta-feira, 25 de agosto de 2021 13:37
Para: Belmed
Assunto: RE: RES: CONVITE PREGÃO PRESENCIAL APARELHOS DE ANESTESIA

Boa tarde Adriana, segue resposta ao esclarecimento solicitado conforme parecer do Hospital Municipal Dr. Joaquim Brochado:

- Fala que as peças são por conta da contratada e no mesmo item fala que somente as peças e acessórios que forem substituídas serão cobradas. Pergunta: o preço proposto será somente para mão-de-obra ou tem que estar incluso peças e acessórios?

Resposta: O valor expresso no Edital refere-se ao serviço prestado e às peças utilizadas para reparo e manutenção, que serão por conta da CONTRATADA. Nos casos de substituição de peças do aparelho, estes serão de responsabilidade da CONTRATANTE.

- Fala de chamadas ilimitadas para corretivas e atendimento em 24 horas- Este item restringe a participação de empresas fora da cidade de Unai. Serão realmente ilimitadas?

Resposta: As chamadas ilimitadas são aquelas referentes às manutenções corretivas (as manutenções preventivas serão realizadas obrigatoriamente 01 (uma) vez ao mês) que serão realizadas quando e somente os aparelhos não estiverem condições adequadas para uso.

Att.

Fernanda Santana
Pregoeira
Tel: 38 3677-9610 ramal 9016

FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTA E-MAIL.

De: "Belmed" <belmed@belmed.com.br>
Enviada: 2021/08/23 16:04:24
Para: cpl@prefeituraunai.mg.gov.br
Cc: direcaoohmu@prefeituraunai.mg.gov.br, jaimelicitacao@ctiweb.com.br
Assunto: RES: CONVITE PREGÃO PRESENCIAL APARELHOS DE ANESTESIA

Boa tarde!

A Belmed vem através deste pedir esclarecimentos à respeito do Processo 146/2021 – Pregão presencial 076/2021 – referente à manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de anestesia nos seguintes itens:

Item 4.5 do termo de referência: Fala que as peças são por conta da contratada e no mesmo item fala que somente as peças e acessórios que forem substituídas serão cobradas. Pergunta: o preço proposto será somente para mão-de-obra ou tem que estar incluso peças e acessórios.

Item 4.3 fala de chamadas ilimitadas para corretivas e atendimento em 24 horas- Este item restringe a participação de empresas fora da cidade de Unai. Serão realmente ilimitadas?

No aguardo.

Att.:

Adriana de Moura da Silva.
Dir. Administrativa e financeira
Belmed Eletromedicina Ltda.
Fone: (31) 3241-1913
E-mail: belmed@belmed.com.br
visite nosso site: www.belmed.com.br



De: Direção [<mailto:direcaoohmu@prefeituraunai.mg.gov.br>]
Enviada em: sexta-feira, 20 de agosto de 2021 08:32

Para: jaimelicitacao@ctiweb.com.br

Assunto: CONVITE PREGÃO PRESENCIAL APARELHOS DE ANESTESIA

Bom dia!

Prezados,

Segue em anexo o edital do Pregão Presencial referente a manutenção dos equipamentos de anestesia do Hospital Municipal Dr. Joaquim Brochado, caso tenham interesse em participar.

Favor confirmar o recebimento deste e-mail.

Atenciosamente,

Cristiane Santana Gonçalves
Séc. Direção/HMU
Hospital Municipal Dr. Joaquim Brochado - Unai/MG
(38) 3677-5066/5070/5072/5068
Ramal: 203

"Esta mensagem e seu conteúdo - inclusive anexos - são dedicados exclusivamente a seu(s) destinatário(s), podendo conter informações confidenciais e/ou legalmente privilegiadas, bem como dados pessoais. Qualquer modificação, retransmissão, disseminação, impressão ou utilização não autorizada fica estritamente proibida. Se você não é o destinatário dessa mensagem, por favor, informe o remetente e apague o material e as cópias de sua máquina. Caso você seja o destinatário desta mensagem, no que se refere aos dados pessoais eventualmente informados por meio da presente, é imprescindível que atenda a toda legislação aplicável sobre segurança da informação, privacidade e proteção de dados, inclusive, mas não se limitando à Lei Geral de Proteção de Dados (Lei Federal n. 13.709/2018)."

De: "Direção" <direcao@prefeituraunai.mg.gov.br>

Enviada: 2021/08/18 07:43:33

Para: mari.goncalves@hotmail.com

Assunto: ENC: PREGÃO APARELHOS DE ANESTESIA

Bom dia!

Prezada Marilinda,

Segue anexo o edital do Pregão e termo de Referência da manutenção dos aparelhos (carrinhos) de Anestesia. Por favor repassar convidando as empresas, que você solicitou a cotação (orçamento).

Favor confirmar o recebimento deste e-mail.

Atenciosamente,

Cristiane Santana Gonçalves
Séc. Direção/HMU
Hospital Municipal Dr. Joaquim Brochado - Unai/MG
(38) 3677-5066/5070/5072/5068
Ramal: 203

"Esta mensagem e seu conteúdo - inclusive anexos - são dedicados exclusivamente a seu(s) destinatário(s), podendo conter informações confidenciais e/ou legalmente privilegiadas, bem como dados pessoais. Qualquer modificação, retransmissão, disseminação, impressão ou utilização não autorizada fica estritamente proibida. Se você não é o destinatário dessa mensagem, por favor, informe o remetente e apague o material e as cópias de sua máquina. Caso você seja o destinatário desta mensagem, no que se refere aos dados pessoais eventualmente informados por meio da presente, é imprescindível que atenda a toda legislação aplicável sobre segurança da informação, privacidade e proteção de dados, inclusive, mas não se limitando à Lei Geral de Proteção de Dados (Lei Federal n. 13.709/2018)."

De: "Direção" <direcao@prefeituraunai.mg.gov.br>

Enviada: 2021/08/18 07:37:58

Para: direcao@prefeituraunai.mg.gov.br

Assunto: PREGÃO APARELHOS DE ANESTESIA

Favor confirmar o recebimento deste e-mail.

Atenciosamente,

Cristiane Santana Gonçalves
Séc. Direção/HMU
Hospital Municipal Dr. Joaquim Brochado - Unaí/MG
(38) 3677-5066/5070/5072/5068
Ramal: 203

"Esta mensagem e seu conteúdo - inclusive anexos - são dedicados exclusivamente a seu(s) destinatário(s), podendo conter informações confidenciais e/ou legalmente privilegiadas, bem como dados pessoais. Qualquer modificação, retransmissão, disseminação, impressão ou utilização não autorizada fica estritamente proibida. Se você não é o destinatário dessa mensagem, por favor, informe o remetente e apague o material e as cópias de sua máquina. Caso você seja o destinatário desta mensagem, no que se refere aos dados pessoais eventualmente informados por meio da presente, é imprescindível que atenda a toda legislação aplicável sobre segurança da informação, privacidade e proteção de dados, inclusive, mas não se limitando à Lei Geral de Proteção de Dados (Lei Federal n. 13.709/2018)."
