

## TERMO DE REFERÊNCIA

### OBJETIVO

Aquisição de Mobiliário destinado à Atenção Ambulatorial Especializada.

### JUSTIFICATIVA

A presente solicitação está alinhada com o planejamento do setor de Coordenação da Atenção Ambulatorial Especializada e com a competência da Secretaria Municipal de Saúde. O Setor tem a finalidade de coordenar, organizar e suprir com equipamentos e mobiliários necessários para que os profissionais exerçam suas respectivas funções.

### RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas do processo correrão por conta da dotação orçamentária 02.06.20.10.302.2061.1445.4.4.90.52.00 (950), Fonte 2.621. Equipamentos e Material Permanente.

### ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

A tabela abaixo expressa as especificações gerais, quantitativos e valores médios de mercado para os materiais requeridos. Os valores citados na tabela foram extraídos da média atual do preço de mercado.

PEÇAS					
ITEM	Descrição	Un.	Qt.	Valor estimado (R\$)	
				V. Unit	V. total
1	MACA PEDIATRICA COM BALCÃO EM MDF, espaço para balança, resistente a impactos, leito estofado e revestido em Courvin D-		01	1.053,22	1.053,22

	26 ou superior de alta resistência e fácil higienização; reclinável em 04 posições diferentes. Equipada com Balcão em MDF contendo portas e Gavetas. Medidas 180X80X60. Capacidade 180KG. Garantia de 3 meses.				
2	MACA PARA EXAME CLINICO em tubo de aço carbono 1"; base do leito em MDF 12mm; estofado com espuma D23 ou superior e cabeceira com regulagem de altura, pés em ponteira plástica anti-derrapante; cor Branca; Dimensões aproximadas C x L x A: 1,80 x 0,55 x 0,80.		10	817,03	8.170,00
3	CARRINHO DE CURATIVO C/ BALDE + BACIA – esmaltado Dimensões do produto 0.80 X 0.40 X 0.80 Armação tubular, Tampo e prateleira em chapa de aço em pintura epóxi pés, varandas e suporte para balde e bacia pés com rodízios 01 balde de 5 litros em alumínio e 01 bacia de 3 litros em inox.		01	1.260,15	1.260,15
4	BIOMBO TRIPLO esmaltado, em lona, estrutura confeccionada em tubos redondos de aço inoxidável, Acabamento polido, Bandeiras laterais com movimento de até 360° por meio de anéis giratórios de aço, Faces em Plástico, 4 rodízios giratórios de 2" de diâmetro, Aro de polietileno, Largura aberto: 1.80 m		06	560,80	3.364,84
5	MOCHO S/ ENCOSTO C/ RODIZIOS –mecanismo com regulagem á gás, rodízio duplo e guia injetado, revestimento em courvin sintético para fácil higienização, espuma em D23 ou superior.		03	594,43	1.783,30
6	Disparador de agulha para Biópsia. Confeccionado em alumínio, dispositivo automático de biópsia com avanço de 22 mm e 1.5, reutilizável, usado para retirada de amostra, permite abertura parcial da agulha, facilitando a retirada de amostra, possui um sistema de segurança que impede o disparo acidental, utilizado para biópsia de		01	4.027,00	4.629,00

	tecido mole, pode ser esterilizado utilizando qualquer método convencional. O mesmo vem em estojo. Validade indeterminável.				
7	MESA GINECOLOGICA EM MDF Leito estofado com espuma D28 de 5cm de altura revestido em courino dividido em três partes (cabeceira, assento e perneira); Cabeceira e Perneira com regulagem através de cremalheiras; estofado em courino, acabamento pintado, porta-coxas revestidas em courino, porta lençol, portas e gavetas em MDF. Medidas 80X60X180.		01	2.631,00	2.631,00
Total					<b>22.289,76</b>

## VIGÊNCIA

Os materiais acima mencionados serão utilizados no setor de Equipes da Atenção Ambulatorial Especializada durante o exercício 2023/2024.

## RECEBIMENTO DO OBJETO

A fiscalização do contrato será exercida pelo setor de Coordenação de Saúde Ambulatorial Especializada.

O recebimento só será realizado por representante do setor de Coordenação de Saúde Ambulatorial Especializada.

dos itens do objeto adquirido, bem como o acesso às fontes de informação que forem julgadas necessárias.

O setor de Coordenação de Saúde Ambulatorial Especializada reserva-se o direito de não receber o objeto em desacordo com as especificações e condições constantes deste termo de referência, podendo aplicar as penalidades e sanções previstas ou rescindir o contrato e aplicar o disposto no art. 24, inciso XI, da Lei Federal nº 8.666/93.

O prazo de entrega do objeto deverá ser no Máximo de 10 dias, a partir do recebimento da nota de empenho.

Caso o objeto entregue seja rejeitado pela fiscalização, o mesmo deverá ser substituído imediatamente, sem ônus para o Município, reiterando a justificativa de que a demora na entrega prejudicará o andamento das atividades do Departamento solicitante.

## **CONDIÇÕES GERAIS**

A inobservância pela vencedora ao prazo e/ou às condições descritas neste termo de Referência implicará na aplicação das sanções administrativas estabelecidas.

Unai, 15 de Maio de 2023.

*Késsia S. M. Tabora*  
Enfermeira Reguladora da AAE  
COREN/MG 389.549

---

ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA