# ATENDIMENTO AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

**CONCORRÊNCIA (SRP) Nº 002/2022**
**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 076/2022**

**INTERESSADO: VYTTRA DIAGNÓSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A.**

OBJETO: contratação de empresa para o fornecimento por comodato de um equipamento analisador de fluídos fisiológicos destinados à realização de exames laboratoriais, conforme Termo de Referência Anexo I do Edital.

**Esclarecimento referente ao descritivo técnico.**

III - DESCRIMINAÇÃO DOS OBJETOS

| |
|---|
| Levey-Jennings.Dados sejam armazenados conforme a capacidade da CPU (inclusa no equipamento).Ambiente Windows. Que realize as seguintes analises: ÁCIDO ÚRICO; ALBUMINA; AMILASE; BILIRRUBINA TOTAL E INDIRETA, CÁLCIO, CK-NAC, CK-MB, COLESTEROL, HDL DIRETO, LDH, FOSFATASE ALCALINA, FOSFORO, GAMA-GT, GLICOSE, MAGNÉSIO, PROTEÍNAS TOTAIS, TGO, TGP, TRIGLICÉRIDES, UREIA, SENSIPROT, QUALITROL 1, QUALITROL 2, QUALITROL CK, QUALITROL AEO,PCR,FR, PCR TURBIDIMETRIA, CREATININA, LIPASE, FERRO, FERRITINA, QUALITROL DA FERRITINA, TRANSFERRINA TURBIDIMETRIA. Que esteja incluso NOBREAK, IMPRESSORA/CARTUCHOS, CPU, se necessário. Entregar o aparelho instalado, calibrado e reproduzindo os resultados. Fornecer treinamento para equipe; |

**Pergunta-se:**

1. No edital é mencionado que o equipamento deve realizar os seguintes parâmetros de bioquímica, esses parâmetros a empresa deverão fornecer em locação? Se sim, quantos testes são por mês? Ou esses parâmetros o equipamento só deve perfazer?

RESPOSTA: Em contato com o setor competente no Hospital Municipal, obtivemos a seguinte resposta:

FABIO VAGNER DE MENESES:03372436628
Assinado de forma digital por FABIO VAGNER DE MENESES:03372436628
Dados: 2023.03.10 14:59:58 -03'00'

# PREFEITURA DE UNAÍ
## ESTADO DE MINAS GERAIS

HOSPITAL MU N ICIPAL DR. JOAQU I M BROC HADO
Rua Virgílio 3ustlnlano Rll+elro, 1.585
Barroca - tJiiaí — MG.
CNPJ: 18.125.161/0001-77

Unai, 10 de Março de 2023

A empresa contratada deverã disponibilizar um Equipamento Analisador de Fluídos Fisiológicos para Realização de Exames Laboratoriais de Bioquímica, *que esteja* incluso os reagentes para realização dos quantitativos abaixo relacionados. Entregar o aparelho instalado, calibrado e reproduzindo os resultados.

| EXAME | QUANTIDADE MES | QUANTIDADE ANO |
|---|---|---|
| Acido Urico | 242 | 2.904 |
| Albumina | 110 | 1.320 |
| Amilase | 139 | 1.668 |
| Bilirrubina Total | 265 | 3.180 |
| Bilirrubina Direta | 265 | 3.180 |
| Cálcio | 157 | 1.884 |
| CK-MB | 186 | 2.232 |
| CK-Total | 184 | 2.208 |
| Colesterol Total | 540 | 6.480 |
| Colesterol HDL | *506* | 6.072 |
| Creatinina | 1270 | 15.240 |
| Desidrogenase Lática | 117 | 1.404 |
| Fosfatase Alcalina | 220 | 2.640 |
| Fósforo | 99 | 1.188 |
| Gama GT | 405 | 4.860 |
| Glicose | 764 | 9.168 |
| Magnésio | 124 | 1.488 |
| Proteínas Totais | 110 | 1.320 |
| TGO ( AST | 849 | 10.188 |
| TGP ( ALT | 848 | 10.176 |
| Triglicerídeos | 542 | 6.504 |
| Ureia | 1.235 | 14.820 |
| Proteínas do Líquor | 1 | 12 |
| PCR - turbidimetria | 180 | 2.160 |
| Cloretos | 98 | 1.176 |
| Ferro | 200 | 2.400 |
| Ferritina | 100 | 1.200 |
| Transferrina | 100 | 1.200 |
| Lipase | 80 | 960 |

Eliane Pereira Baia Marques
Coordenadora do Laboratório Municipal de Unai/ MG

FABIO VAGNER DE MENESES:03372436628
Assinado de forma digital por FABIO VAGNER DE MENESES:03372436628
Dados: 2023.03.10 15:00:18 -03'00'

A coordenadora mencionou ainda que no item
onde se lê: Deverá dispor de bandeja com no mínimo 80 (oitenta) posições de amostras.
Leia-se: Deverá dispor de bandeja com no mínimo 80 (oitenta) posições de reagentes.

Unaí-MG, 10 de março de 2022.

FABIO VAGNER DE MENESES:03372436628

Assinado de forma digital por FABIO VAGNER DE MENESES:03372436628
Dados: 2023.03.10 15:00:37 -03'00'

Fabio Vagner de Meneses
Pregoeiro