



Prefeitura Municipal de Unai
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo Licitatório: 101/2023
Modalidade: **PREGAO ELETRONICO**
Número da Licitação: 016/2023
Aquisição de: **Materiais**
Página: 1

O(A) Prefeito Municipal, José Gomes Branquinho, no uso de suas atribuições legais, com base na Lei N. 8.666/1993, alterada pela Lei N. 8.883/1994, homologa o Processo Licitatório Nº 101/2023 na modalidade PREGAO ELETRONICO Nº 016/2023, objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOAUQIM BROCHADO NO MUNICIPIO DE UNAÍ-MG., e o adjudica para as empresas:

MEDX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA					
Item	Unidade	Qtde	V. Unit.	V. Total	Descrição
1	UN	1,00000	134.000,00000	134.000,00	APARELHO DE ULTRASSOM Sem aplicação transesofágica - Os transdutores devem ser multifrequenciais, banda larga e permitir a seleção de, no mínimo, 03 diferentes frequências para o modo 2D; Na proposta comercial deve ser informado obrigatoriamente o fabricante e o modelo dos transdutores ofertados, assim como banda larga de frequência. Solicitamos 4 transdutores abrangendo as faixas indicadas. Iremos aceitar para a banda de frequência apenas uma variação de frequência de 01 MHz para cima ou para baixo. 1) Transdutor Linear eletrônico multifrequencial de banda larga com frequências de 5,0 a 12,0 MHz, com 50 mm de seção; 2) Transdutor Convexo eletrônico multifrequencial de banda larga com frequência de 2,0 a 8,0 MHz; 3) Transdutor Micro Convexo eletrônico multifrequencial de banda larga com frequência de 4,0 a 10,0 MHz; 4) Transdutor Endocavitário eletrônico multifrequencial de banda larga com frequência de 4,0 a 9,0 MHz; Equipamento compacto, leve e de fácil mobilidade - possui quatro rodas articuladas com travas e puxadores frontais; Painel de comando com ajuste de altura; Tela de toque (touch screen) LED de no mínimo 10" polegadas; Monitor LED Full HD de no mínimo de 21,5" polegadas de alta definição com braço totalmente articulado em angulação, rotação e inclinação. Com seus movimentos independente do painel de controle; TGC Digital com ajuste pela tela de Touch Screen e possibilitar o usuário salvar os ajustes do TGC permanecendo predisposto a um toque, permitir salvar no mínimo 3 programações de ajuste do TGC; No mínimo 04 portas ativas para conexão de 04 transdutores universais, selecionáveis pelo painel, ligados diretamente ao aparelho, sem adaptadores, sem considerar o conector tipo caneta para Doppler cego; No mínimo 5 suportes para transdutores integrado ao equipamento; No mínimo 5 portas USB 2.0; Sistema operacional Microsoft Windows 10; Sistema completamente digital com no mínimo 550.000 canais digitais; Sistema de armazenamento SSD de no mínimo 500 GB; Teclado Alfanumérico físico retrátil e iluminado; Aquecedor de gel integrado a equipamento com no mínimo 2 níveis de temperatura ; DICOM 3.0: Protocolo de transferência de imagens médicas (Inclui Print, Storage e Q/R); Sistema de ultrassom bivolts automático com cabo de alimentação de no mínimo 3 metros de extensão. ITENS INCLUSOS 1- NOBREAK. Nobreak online de dupla conversão, saída padrão ABNT, NBR-14136 compatível com o sistema de ultrassom; 2- IMPRESSORA COLOR, compatível com o equipamento. 3- MANUAL DE OPERAÇÃO em português; 4- INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DO SISTEMA DE ULTRASSOM, com no mínimo oito horas de treinamento; 5- GARANTIA DE 02 ANOS, 24 meses SAMSUNG HS40/EX
Total para Este Fornecedor:					134.000,00



Prefeitura Municipal de Unai
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo Licitatório: 101/2023
Modalidade: PREGAO ELETRONICO
Número da Licitação: 016/2023
Aquisição de: Materiais
Página: 2

PHOENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA					
Item	Unidade	Qtde	V. Unit.	V. Total	Descrição
2	UN	1,00000	109.000,00000	109.000,00	AUTOCLAVE à vapor com capacidade de esterilização de material denso; confeccionada em aço inoxidável, com capacidade de produção mínima de 200 litros, temperatura de trabalho de 90 a 135°C, filtro de osmose reversa de 40 litros incluso; Tensão de alimentação: 220 V OU 380V 50Hz Trifásico; Bomba de vácuo de 1,5 HP 220/380V 60Hz trifásica; Possuir procedência nacional, com registro no Ministério da Saúde (ANVISA), fabricado de acordo com normas ABNT NBR 11816, ABNT NBR ISO 17665, EN285, ABNT NBR IEC 60601-1, ABNT NBR IEC 60601-1-2, Boas Práticas de Fabricação e Controle da ANVISA (RDC 16), Requisitos de Boas Práticas para o Processamento de Produtos para Saúde (RDC15), ASME VIII - Div. I, atender norma regulamentadora NR-13. Mínimo de 04 horas de treinamento e instalação inclusa. Por fim, o atendimento de todos os itens acima não acarreta a desnecessidade do licitante em observar a totalidade dos elementos exigidos no item n.5 desse termo de referência. LUFERCO 39209
				Total para Este Fornecedor:	109.000,00

TCK EQUIPAMENTOS HOSPITALAR PARA LAVANDERIA LTDA					
Item	Unidade	Qtde	V. Unit.	V. Total	Descrição
3	UN	1,00000	37.500,00000	37.500,00	CENTRÍFUGA (EXTRATORA) TRIPE 50 KG. ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE DE CARGA Kg 50 ALTURA DO CESTO mm 420 VOLUME DO CESTO dm³ 250 FATOR DE CARGA dm³/kg 1:5 POTÊNCIA DO MOTOR cv/KW 5/3,7 ROTAÇÃO DE CENTRIFUGAÇÃO RPM 937 SAÍDA DE ÁGUA pol 4" ALTURA mm 930 LARGURA mm 1600 PROFUNDIDADE DO CESTO mm 1600 PESO LÍQUIDO APROXIMADO kg 490 DIÂMETRO DO CESTO mm 880 FATOR G 423 POTÊNCIA INSTALADA kw 3,7 CONSUMO ELÉTRICO kw/h 1,85* COMPRIMENTO mm 1603 O equipamento deverá possuir INVERSOR DE FREQUÊNCIA com controle do tempo da centrifugação, desligamento automático e alarme áudio visual. SISTEMA DE SEGURANÇA: que impede a abertura da tampa enquanto houver movimento do cesto e não permite o funcionamento do equipamento caso a tampa esteja aberta. Botão de emergência e trava supervisionados por relé de segurança e proteção para elementos girantes. Estar de acordo com a norma NR12. TRANSMISSÃO POR POLIAS E CORREIAS EM "V": corpo do cesto suspenso por molas e elos de correntes em três colunas fixadas ao piso. Cesto em aço inoxidável AISI 304. Potência do motor 5Cv com 3,7 KW de potência instalada, consumo máximo de 1,85kW/hora, volume do cesto mínimo de 250 dm³. BOTÃO DE EMERGÊNCIA COM TRAVA: instalado no painel frontal, da máquina, com contatos redundantes, conforme NORMA NBR 13759. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO. INSTALAÇÃO INCLUSA E NO MÍNIMO 04 HORAS DE TREINAMENTO PARA MANUSEIO DO EQUIPAMENTO. PRÓPRIA PRÓPRIO
				Total para Este Fornecedor:	37.500,00

Determina-se, então, que o Setor de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Unai convide o(s) vencedor(es) do referido processo para formalizar a contratação objetivada pelo presente certame.



Prefeitura Municipal de Unai
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo Licitatório: **101/2023**
Modalidade: **PREGAO ELETRONICO**
Número da Licitação: **016/2023**
Aquisição de: **Materiais**
Página: 3

Unai, em 3 de julho de 2023


José Gomes Branquinho
Prefeito Municipal