



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

1. Informações gerais

1.1. Área requisitante

Secretaria Municipal de Saúde

1.2. Data prevista para conclusão do processo de contratação

O processo licitatório deverá ser concluído em Agosto de 2025

1.3. Descrição sucinta do objeto

Aquisição de uma ambulância para atendimento das necessidades de transporte sanitário do distrito de Palmeirinha, no município de Unaí/MG, com recursos oriundos da Emenda Parlamentar nº 46/2025.

Prioridade

A prioridade da solicitação é alta.

1.4. Justificativa de prioridade

O distrito de Palmeirinha está localizado a aproximadamente 52 km de distância do centro do município e conta com uma população significativa que necessita de acesso contínuo aos serviços de saúde oferecidos na zona urbana de Unaí e em centros de referência da região. Atualmente, há uma carência de veículos adequados para o transporte de pacientes em situações de urgência, emergência e deslocamentos para tratamentos de saúde, o que compromete a qualidade e a agilidade do atendimento prestado.

1.5. Justificativa da necessidade

A ausência de um veículo adequado compromete diretamente a vida e a saúde da população local, especialmente em situações de emergência.

A aquisição da ambulância visa atender às seguintes necessidades:

- Transporte de pacientes em estado clínico que requerem assistência durante o trajeto;
- Atendimento de emergências locais até a chegada de equipes especializadas;
- Deslocamento para atendimentos hospitalares especializados;
- Aumento da eficiência dos serviços da atenção básica de saúde no distrito.

2. Materiais e/ou Serviços a serem contratados:

Rua Calixto Martins de Melo, 249.

Centro / Unaí – MG / CEP 38610-039

Tel.: 38 3677-5049 ou 3677-4988

E-mail: saude@prefeituraunai.mg.gov.br

Item	Descrição	Qt.	Valor Unitário	Valor total
			Média	
01	<p>AMBULÂNCIA TIPO A SIMPLES REMOÇÃO FURGONETA (PORTE PEQUENO). FINALIDADE: SIMPLES REMOÇÃO COM 1 MACA, MÍNIMO 1750 MM COMPRIMENTO. MOTORIZAÇÃO: 1000 CC A 1800 CC / COMBUSTÍVEL: FLEX (GASOLINA E ETANOL) COM POTENCIA MINIMO DE 85 CAVALOS DIREÇÃO: HIDRÁULICA, ELÉTRICA OU ELETRO HIDRÁULICA, ORIGINAL DE FÁBRICA. DIMENSÕES: COMPRIMENTO TOTAL MÍNIMO: 4.000 MM / DISTÂNCIA MÍNIMA ENTRE EIXOS: 2.600 MM / CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA: 650 KG / COMPRIMENTO MÍNIMO DE SALÃO DE ATENDIMENTO: 1.600 MM / ALTURA INTERNA MÍNIMA DO SALÃO DE ATENDIMENTO: 1.200 MM / LARGURA INTERNA MÍNIMA: 1.000 MM / LARGURA EXTERNA MÁXIMA: 2.000 MM. FREIOS COM SISTEMA ANTI-BLOQUEIO (ABS) NAS QUATROS RODAS. EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS EXIGIDOS PELO CONTRAN; CABINE/CARROCERIA: PORTAS EM</p> <p>CHAPA, C/ REVESTIMENTO INTERNO EM POLIESTIRENO, C/ FECHOS INTERNO E EXTERNO, RESISTENTES E DE ABERTURAS DE FÁCIL ACIONAMENTO. ALTURA INTERNA DO VEÍCULO DEVE SER ORIGINAL DE FÁBRICA. O PNEU ESTEPE NÃO DEVE SER ACONDICIONADO NO SALÃO DE ATENDIMENTO. SIST. ELÉTRICO: ORIGINAL DO VEÍCULO, C/ MONTAGEM DE BATERIA DE NO MÍN 60 AH DO TIPO SEM MANUTENÇÃO, 12 VOLTS. O SIST. ELÉTRICO DIMENSIONADO P/ O EMPREGO SIMULTÂNEO DE TODOS OS ITENS ESPECIFICADOS DO VEÍCULO E EQUIPAMENTOS, QUER C/ A VIATURA EM MOVIMENTO QUER ESTACIONADA, SEM RISCO DE SOBRECARGA NO ALTERNADOR, FIAÇÃO OU DISJUNTORES.</p>	01	R\$ 156.666,66	R\$ 156.666,66

3. Responsáveis pela contratação

Nome	Cargo/Função
José Juliano Espíndula	Secretário Municipal da Saúde

Rua Calixto Martins de Melo, 249.

Centro / Unai – MG / CEP 38610-039

Tel.: 38 3677-5049 ou 3677-4988

E-mail: saude@prefeituraunai.mg.gov.br

4. Assinaturas dos responsáveis:

<p>DFD finalizado em: 17/07/2025</p> <p>Denismare de Souza Guimarães Auxiliar administrativo</p> <p>Denismare De Souza Guimarães Auxiliar Administrativo Matricula: 142745</p>	<p>De acordo, encaminhe-se p/análise e providências.</p> <p>José Juliano Espíndula Secretário Municipal da Saúde</p> <p>José Juliano Espíndula Secretário Municipal da Saúde</p>
---	--

