

**DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA Nº 35/2025**

**1. Informações gerais**

**1.1. Área requisitante**

**HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOAQUIM BROCHADO/ PRONTO ATENDIMENTO DOMINGOS GOMES DANTAS.**

**1.2. Data prevista para conclusão do processo de aquisição**

**ESTIMATIVA IMEDIATA.**

**1.3. Descrição sucinta do objeto**

**Atender as despesas com aquisição de materiais sendo (KITS DE CANULAÇÃO ARTERIAL RADIAL PARA MONITORIZAÇÃO INVASIVA DA PRESSÃO ARTERIAL, KIT CATETER ELETRODO PARA MARCAPASSO TRANSVENOSO TEMPORÁRIO + BAINHA INTRODUTÓRIA e TRANSDUTOR DESCARTÁVEL DE PAI - RJ11) para atender as necessidades da Unidade de Terapia Intensiva-UTI, do Hospital Municipal Dr. Joaquim Brochado/Pronto Atendimento Domingos Gomes Dantas. Segue anexo os orçamentos.**

**Prioridade**

**Prioridade alta.**

**1.4. Justificativa de prioridade**

**Justifica-se a prioridade, pois, com a aquisição destes (KITS DE CANULAÇÃO ARTERIAL RADIAL PARA MONITORIZAÇÃO INVASIVA DA PRESSÃO ARTERIAL, KIT CATETER ELETRODO PARA MARCAPASSO TRANSVENOSO TEMPORÁRIO + BAINHA INTRODUTÓRIA e TRANSDUTOR DESCARTÁVEL DE PAI - RJ11), será suprida a necessidade da Unidade de Terapia Intensiva-UTI do Hospital Municipal Dr. Joaquim Brochado/Pronto Atendimento Domingos Gomes Dantas garantindo a qualidade e a eficiência no atendimento aos pacientes internados neste setor.**

**2. Justificativa da necessidade**

**Justifica-se a necessidade, pois, com a aquisição desses materiais busca-se a melhoria da qualidade do atendimento aos pacientes internados da UTI. Sendo a aquisição de Kits de canulação arterial radial para monitorização invasiva da pressão arterial, para o monitoramento contínuo da pressão arterial em pacientes críticos e a coleta seriada de gasometria arterial e outros exames laboratoriais. A aquisição de kit cateter eletrodo para marcapasso transvenoso temporário e bainha introdutória é justificada pelos seguintes pontos: suporte emergencial em casos de bradiarritmias graves e bloqueios atrioventriculares de alto grau; garantia de suporte hemodinâmico durante procedimentos de alto risco cardiovascular e atender à crescente demanda de procedimentos de estimulação cardíaca temporária na UTI e Pronto-Socorro. Quanto à aquisição do transdutor descartável de PAI - RJ11 são utilizados para medição contínua e precisa da pressão arterial invasiva, sendo indispensáveis para pacientes críticos. Justifica-se sua aquisição pelos seguintes pontos: monitoramento contínuo da pressão arterial em pacientes instáveis; auxílio na administração de drogas vasoativas, hemoderivados e fluidos; redução da variabilidade nas medições e maior confiabilidade dos dados clínicos; compatibilidade com o monitor COMEN STAR 8000F, os únicos com suporte de PAI utilizados na UTI/HMU atualmente e adequação a RESOLUÇÃO Nº 7, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2010 Art. 58, XXI.**

### 3. Materiais a serem adquiridos

#### 3.1. Materiais

| Item                     | Descrição   | QTD     | Valor Médio Unitário | Valor Médio Total     |
|--------------------------|---|---------|----------------------|-----------------------|
| 01                       | <p><b><u>DE KITS DE CANULAÇÃO ARTERIAL RADIAL PARA MONITORIZAÇÃO INVASIVA DA PRESSÃO ARTERIAL</u></b></p> <p>Tipo: Descartável, uso único; Tamanho: 20-22G / 80-160 mm; Capilar <math>\phi</math> (mm): 0,87- 1,08; Capilar comprimento (mm): 80-160; Agulha <math>\phi</math> (G) : 22-20; Agulha comprimento (mm) : 50-70; Fio guia para punção em seldinger comprimento (mm): 35-45; Registro ANVISA: Obrigatório para garantir conformidade regulatória.</p>  | 300 un. | R\$ 398,605          | R\$ 119.581,50        |
| 02                       | <p><b><u>KIT CATETER ELETRODO PARA MARCAPASSO TRANSVENOSO TEMPORÁRIO + BAINHA INTRODUTÓRIA</u></b></p> <p>Tipo: Kit Cateter eletrodo para marcapasso transvenoso temporário + Bainha introdutória; Configuração: Bipolar, curvado; Tamanho: 5 Fr; Comprimento: 100 cm a 125 cm; Eletrodos distais em platina/irídio; Compatível com geradores externos de marcapasso temporário; Isolamento do eletrodo: Silicone ou poliuretano; Conectores padrão internacional para marcapasso externo; Corpo radiopaco com marcadores visíveis em fluoroscopia; Bainha com Válvula hemostática para prevenção de sangramentos; Bainha com Mandril rígido para inserção; Bainha com Extensão lateral com conexão Luer Lock; Registro ANVISA: Obrigatório para garantir conformidade regulatória.</p> | 15 un.  | R\$ 1.833,75         | R\$ 27.506,25         |
| 03                       | <p><b><u>TRANSDUTOR DESCARTÁVEL DE PAI - RJ11</u></b></p> <p>Tipo: Descartável, uso único; Conector: RJ11, compatível com cabo disponível para o monitor COMEN STAR 8000F; Proteção: Cúpula contra respingos; Torneira do zero e Flush: Dispositivo de infusão contínua de 3 ml/h, com acionamento vertical; Equipos de soro: Macrogotas com filtro e conector Luer Lock; Linhas de pressão: 48" (aprox. 122 cm) – linha longa; 12" (aprox. 30 cm) – linha curta; Torneira valvulada: Permite acesso sem agulhas, reduzindo risco de infecção; Faixa de medição: -50 a +300 mmHg; Precisão: <math>\pm 1</math> mmHg ou <math>\pm 2\%</math>, o que for maior; Registro ANVISA: Obrigatório para garantir conformidade regulatória.</p>  | 300 un. | R\$ 188,00           | R\$ 56.400,00         |
| <b>Valor Médio Total</b> |   |         |                      | <b>R\$ 203.487,75</b> |

#### 4. Responsáveis pela aquisição


| Ordem | ID                   | Nome                   | Cargo/Função  | Despacho |
|-------|----------------------|------------------------|---|----------|
|       | Matrícula nº 100122. | Eliane P. Baia Marques | Diretora Administrativa do Hospital Municipal Dr. Joaquim Brochado. |          |

#### 5. Acompanhamento da aquisição

| Ordem | Descrição | Responsável  | Data                                 |
|-------|-----------|--|--------------------------------------|
|       |           | Ranielle Cristina Gonçalves Durães- RT de Enfermagem/HMU. Matrícula nº 143458. | Durante todo o processo licitatório. |



6. Assinaturas dos responsáveis:

|   |  |
|---|--|
| <p>DFD finalizado em: Unai- MG, 15 de abril de 2025.</p> <p><br/>Eliane P. Baia Marques<br/>Diretora Administrativa/HMU.</p> | <p>De acordo, encaminhe-se p/análise e providências.</p> <p><b>José Juliano Espíndula</b><br/>Secretário Municipal de Saúde.</p> |
|---|--|