

## RETIFICAÇÃO DE EDITAL

### REFERENTE AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2026

#### PROCESSO LICITATÓRIO Nº 057/2026

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DESTINADOS AO USO EM OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR PROLONGADA (ODP) DURANTE AS 24(VINTE E QUATRO) HORAS DO DIA, INCLUINDO SÁBADOS, DOMINGOS, FERIADOS E PONTOS FACULTATIVOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA.

### DA RETIFICAÇÃO

#### - Especificações dos itens

#### ONDE SE LÊ:

1. Locação de concentradores de oxigênio e kit de oxigenoterapia destinados ao uso em oxigenoterapia domiciliar prolongada (ODP) durante as 24 (vinte e quatro) horas do dia, incluindo sábados, domingos e feriados e pontos facultativos. Locação estimada de concentradores de oxigênio contendo kit de oxigenoterapia domiciliar. 1. Concentrador de oxigênio, com vasão máxima de 5 l/min (litros por min), tendo um consumo previsto de energia elétrica pelo período de 24 (vinte e quatro) horas diárias de 324 kwh por mês, ou seja 450 w por hora, o manual de operação, sistema de alarme para indicação de defeitos e intercorrências, como queda de pressão, falha elétrica e concentração de oxigênio fora dos parâmetros normais de operação. Alimentação elétrica de 110v; 2. Cilindro de oxigênio para back-up com uma autonomia de no mínimo 2 horas (duas horas) com uma vasão de 5 l/min (litros por min) com carrinho, válvulas reguladoras com manômetro e fluxômetro de oxigênio para serem mantidos como reserva de segurança junto a cada concentrador, com reposições mensais de acordo com a necessidade do paciente. O cilindro de reserva será para os casos de falta de energia elétrica ou defeito no aparelho. O recipiente dos gases medicinais e equipamentos de armazenamento serão fornecidos em comodato; 3. Válvulas reguladoras com manômetro (fluxômetro) para os cilindros de oxigênio, dotadas de adaptador de saída e serão fornecidos em comodato; 4. Umidificador para concentrador e para o cilindro - é necessário para a conexão do cateter nasal no equipamento além da umidificação do oxigênio que será ofertado para o paciente. Sendo então necessário um umidificador para cada concentrador locado. Recomenda-se a substituição a cada 60 (sessenta) dias, serão fornecidos em comodato. 5. Recarga para cilindro de oxigênio para back-up com uma autonomia de no mínimo 2 horas (duas horas) com uma vasão de 5 l/min (litros por min) com carrinho. A Manutenção Preventiva e Corretiva dos concentradores e dos itens imprescindíveis para funcionamento adequado e segurança destes, deverá ser realizada pela Contratada.

## LEIA-SE:

1. Locação de concentradores de oxigênio e kit de oxigenoterapia destinados ao uso em oxigenoterapia domiciliar prolongada (ODP) durante as 24 (vinte e quatro) horas do dia, incluindo sábados, domingos e feriados e pontos facultativos. Locação estimada de concentradores de oxigênio contendo kit de oxigenoterapia domiciliar. 1. Concentrador de oxigênio, com vasão máxima de 5 l/min (litros por min), tendo um consumo previsto de energia elétrica pelo período de 24 (vinte e quatro) horas diárias de 324 kwh por mês, ou seja, **potência de até** 450 w por hora, o manual de operação, sistema de alarme para indicação de defeitos e intercorrências, como queda de pressão, falha elétrica e concentração de oxigênio fora dos parâmetros normais de operação. Alimentação elétrica de 110v; 2. Cilindro de oxigênio para back-up com uma autonomia de no mínimo 2 horas (duas horas) com uma vasão de 5 l/min (litros por min) com carrinho, válvulas reguladoras com manômetro e fluxômetro de oxigênio para serem mantidos como reserva de segurança junto a cada concentrador, com reposições mensais de acordo com a necessidade do paciente. O cilindro de reserva será para os casos de falta de energia elétrica ou defeito no aparelho. O recipiente dos gases medicinais e equipamentos de armazenamento serão fornecidos em comodato; 3. Válvulas reguladoras com manômetro (fluxômetro) para os cilindros de oxigênio, dotadas de adaptador de saída e serão fornecidos em comodato; 4. Umidificador para concentrador e para o cilindro - é necessário para a conexão do cateter nasal no equipamento além da umidificação do oxigênio que será ofertado para o paciente. Sendo então necessário um umidificador para cada concentrador locado. Recomenda-se a substituição a cada 60 (sessenta) dias, serão fornecidos em comodato. 5. Recarga para cilindro de oxigênio para back-up com uma autonomia de no mínimo 2 horas (duas horas) com uma vasão de 5 l/min (litros por min) com carrinho. A Manutenção Preventiva e Corretiva dos concentradores e dos itens imprescindíveis para funcionamento adequado e segurança destes, deverá ser realizada pela Contratada.

## ONDE SE LÊ:

2. Locação de concentradores de oxigênio e kit de oxigenoterapia destinados ao uso em oxigenoterapia domiciliar prolongada (ODP) durante as 24 (vinte e quatro) horas do dia, incluindo sábados, domingos e feriados e pontos facultativos. Locação estimada de concentradores de oxigênio contendo kit de oxigenoterapia domiciliar. 1. Concentrador de oxigênio, com vasão máxima de 10 l/min (litros por min), tendo um consumo previsto de energia elétrica pelo período de 24 (vinte e quatro) horas diárias de 324 kwh por mês, ou seja 450 w por hora, o manual de operação, sistema de alarme para indicação de defeitos e intercorrências, como queda de pressão, falha elétrica e concentração de oxigênio fora dos parâmetros normais de operação. Alimentação elétrica de 110v; 2. Cilindro de oxigênio para back-up com uma autonomia de no mínimo 2 horas (duas horas) com uma vasão de 5 l/min (litros por min) com carrinho, válvulas reguladoras com manômetro e fluxômetro de oxigênio para serem mantidos como reserva de segurança junto a cada concentrador, com reposições mensais de acordo com a necessidade do paciente. O cilindro de reserva será para os casos de falta de energia elétrica ou defeito no aparelho. O recipiente dos gases medicinais e equipamentos de armazenamento serão fornecidos em comodato; 3. Válvulas reguladoras com manômetro (fluxômetro) para os cilindros de oxigênio, dotadas de adaptador de saída e serão fornecidos em comodato; 4. Umidificador para concentrador e para o cilindro - é necessário pa-

ra a conexão do cateter nasal no equipamento além da umidificação do oxigênio que será ofertado para o paciente. Sendo então necessário um umidificador para cada concentrador locado. Recomenda-se a substituição a cada 60 (sessenta) dias, serão fornecidos em comodato. 5. Recarga para cilindro de oxigênio para back-up com uma autonomia de no mínimo 2 horas (duas horas) com uma vasão de 5 l/min (litros por min) com carrinho. A Manutenção Preventiva e Corretiva dos concentradores e dos itens imprescindíveis para funcionamento adequado e segurança destes, deverá ser realizada pela Contratada.

**LEIA-SE:**

2. Locação de concentradores de oxigênio e kit de oxigenoterapia destinados ao uso em oxigenoterapia domiciliar prolongada (ODP) durante as 24 (vinte e quatro) horas do dia, incluindo sábados, domingos e feriados e pontos facultativos. Locação estimada de concentradores de oxigênio contendo kit de oxigenoterapia domiciliar. 1. Concentrador de oxigênio, com vasão máxima de 10 l/min (litros por min), tendo um consumo previsto de energia elétrica pelo período de 24 (vinte e quatro) horas diárias de 324 kwh por mês, **ou seja, potência de até 450 w** por hora, o manual de operação, sistema de alarme para indicação de defeitos e intercorrências, como queda de pressão, falha elétrica e concentração de oxigênio fora dos parâmetros normais de operação. Alimentação elétrica de 110v; 2. Cilindro de oxigênio para back-up com uma autonomia de no mínimo 2 horas (duas horas) com uma vasão de 5 l/min (litros por min) com carrinho, válvulas reguladoras com manômetro e fluxômetro de oxigênio para serem mantidos como reserva de segurança junto a cada concentrador, com reposições mensais de acordo com a necessidade do paciente. O cilindro de reserva será para os casos de falta de energia elétrica ou defeito no aparelho. O recipiente dos gases medicinais e equipamentos de armazenamento serão fornecidos em comodato; 3. Válvulas reguladoras com manômetro (fluxômetro) para os cilindros de oxigênio, dotadas de adaptador de saída e serão fornecidos em comodato; 4. Umidificador para concentrador e para o cilindro - é necessário para a conexão do cateter nasal no equipamento além da umidificação do oxigênio que será ofertado para o paciente. Sendo então necessário um umidificador para cada concentrador locado. Recomenda-se a substituição a cada 60 (sessenta) dias, serão fornecidos em comodato. 5. Recarga para cilindro de oxigênio para back-up com uma autonomia de no mínimo 2 horas (duas horas) com uma vasão de 5 l/min (litros por min) com carrinho. A Manutenção Preventiva e Corretiva dos concentradores e dos itens imprescindíveis para funcionamento adequado e segurança destes, deverá ser realizada pela Contratada.

Em razão da retificação ora promovida, e com o objetivo de assegurar a adequada formulação das propostas pelos licitantes, fica reaberto o prazo inicialmente estabelecido para apresentação das propostas, designando-se nova data para a sessão pública do certame, a qual seja **09/06/2026**, mantendo o mesmo horário às 9h.

**JULGAMENTO: 9 de junho de 2026 às 9h.**

Unaí, 20 de maio de 2026

Andreia Tavares da Silva  
Pregoeira